

Տեխնիկական բնութագիր*

Հ/հ	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	չ/մ
1	Բրուցելլոգի դիագնոստիկում	Եռացումով սպանված Br. abortus 19 շտամի 2 x10 10 մր/մլ պարունակությամբ հեղուկ հակաձնային բրուցելլոգային դիագնոստիկում՝ ագյուտինացիայի ռեակցիայի (շճաբանական ախտորոշում Ռայթ-Խեդելսոնի մեթոդով) համար: Կոնսերվանտը՝ ֆենոլ: Հոմոգեն կապտաերկնագույն հեղուկ: Յուրաքանչյուր սրվակում՝ 2 կամ 5 մլ: 5 մլ-ի դեպքում պարտադիր է 2 հսկիչ սրվակի առկայություն (ՈՒԿ/ՕԿ) Պիտանեիլիության ժամկետը առնվազն 70% -ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և/կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պահպանումը և տեղափոխումը՝ +2°C - +8°C:	մլ

* Որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ուղղված հղումների առկայության դեպքում ընդունելի է նաև «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Մատակարարվելիք ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, և բեռնաթափումը համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և միջոցներով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արաբկիր մ/ճ

Հ/Հ 2471201669930000

ՀՎՀՀ 02625503

Գլխավոր տնօրեն՝ Արտավազ Կանյան