

Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կահույքի մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման պայմանագրի շնորհման առաջարկություն

Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագրի ընտրված հիվանդանոցների արդյունավետության և որակի բարելավում բաղադրիչ շրջանակներում Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և բժշկական կահույքի մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման նպատակով կազմակերպված թիվ CR4/ICB/B-G/012-15 մրցույթի (միջազգային մրցակցային սակարկության) գնառաջարկներն են (ընթերցված)՝

Լոպ 1- Ախտորոշիչ սարքավորումների համար

«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ (ՀՀ)	592,718,345 ՀՀ դրամ
«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ (ՀՀ)	608,293,000 ՀՀ դրամ
«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ (ՀՀ)	627,051,000 ՀՀ դրամ
«Իտալտրենդ» ՍՊԸ և «Բիոէտիկ» ՍՊԸ ՀՁ (Իտալիա)	2,177,614.90 Եվրո
«ՄԵՍ Հայաստան-Ֆրանսիա ՀՁ» ՍՊԸ և «Յունիմեդ Հայաստան-Ռուսաստան ՀՁ ՍՊԸ» ՀՁ	722,890,000 ՀՀ դրամ

Լոպ 2-Լաբորատոր սարքավորումների համար

«Պրոմ Տեստ» ՍՊԸ (ՀՀ)	224,089,000 ՀՀ դրամ
«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ (ՀՀ)	285,919,000 ՀՀ դրամ
«Գլոբ Քորփորեյշն» ՍՊԸ (Նիդեռլանդներ)	592,697.99 Եվրո

***«Պրոմ Տեստ» ՍՊԸ (ՀՀ)**- Ուսումնասիրության արդյունքում Պրոմ Տեստ ՍՊԸ-ի (ՀՀ) հայտը մերժվել է և համարվել է մանրամասն դիտարկման համար ոչ ընդունելի, քանի որ ներկայացված տեխնիկական բնութագրերում առկա էին հետևյալ էական շեղումները՝

- ***ԷՆԱ-ի ավտոմատ որոշման սարք // Automatic instrument for the determination of the ESR***

Պահանջվում էր ԷՆԱ-ի կողերի գրաֆիկական պատկերի ներկայացման և տպման (ESR curve display and print-out: availability) ֆունկցիաների առկայություն, մինչդեռ առաջարկվող սարքում (Model VES MATIC Easy, Diesse Diagnostica Senese SPA, Italy) այդ ֆունկցիաները բացակայում են:

- ***Քարշիչ պահարան // Fume Hood***

Պահանջվում էր Լույսի անվտանգության ծածկով (Ligth with safety cover: availability) և արտաքին ուժեղացված (պնդեցված) ապակի հակա-ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հնարավորությամբ, մոտորիզացված 5մմ-ոց շեղումը ոչ ավել քան 10%, (Front glass window: Motorized; 5 mm toughened glass (deviation not more than 10%), anti-ultraviolet radiation: availability) մինչդեռ առաջարկվող սարքում (Model HP-FH1800, Zhengzhou Hepo International Co Ltd, China) հակա-ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հնարավորությունը բացակայում է:

- ***Հեմոստատիկ էքստրակորպորալ շտկման սարք // Apparatus for extracorporeal correction homeostasis***

Պահանջվում էր մինչ/հաջորդ նոսրացման հարաբերակցության ընտրության և ներկառուցված շտրիխ կոդի ընթերցողի առկայությունը (Pre/Post Dilution Ratio Selection: և Integrated Bar Code Reader: availability) մինչդեռ առաջարկվող սարքում (Model Plazauto, AsahiKASEI Medical Europe GmbH, EU) նշված ֆունկցիաները բացակայում են:

- ***Սառցախցիկ // Freezer***

Պահանջվում էր ներկառուցված լույս: ոչ պակաս քան 1 լամպ, ավտոմատ միացման ֆունկցիայով կափարիչի յուրաքանչյուր բացման ժամանակ, ինչպես նաև գերարագ սառեցման կոճակ (Internal lighting: Not less than 1 bulb, with automatic activation at every lid opening, through a special switch Superfreezing button: availability) մինչդեռ առաջարկվող սարքում (Medical freezer Model MM-180-20-35 ,POZIST OAO "ПО "Завод имени Серго") նշված ֆունկցիաները բացակայում են:

- ***Էքստրակորպորալ ֆոտոքերապիայի սարք // Apparatus for extracorporeal photochemotherapy***

Պահանջվում էր ՌԻՄ լուսավորության EVA փաթեթի՝ ոչ ավել քան 3L և ազդանշան՝ թարթող նշան աշխատանքային կարգավիճակի մասին, ոչ ձայնային համակ (UVA ILLUMINATION EVA BAG: not less than 3L և Alarms: Flashing logo for operating status, no sound alarm) մինչդեռ առաջարկվող սարքում (Model UVA PIT System, Med Tech Solution GmbH, EU) նշված ֆունկցիաները բացակայում են:

Լոր 3-Վիրաբուժական և Հիվանդանոցային սարքավորումների համար

«Գլոբ Քորփորեյշն» ՍՊԸ (Նիդեռլանդներ)	430,028.76 Եվրո
«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ (ՀՀ) և «Դիասերվ» ՍՊԸ (ՀՀ)	260,820,000 ՀՀ դրամ
«ԷՖԷՍԵ գրուպ» ՍՊԸ (Բելգիա)	592,697.99 Եվրո
«ՍԵԴԻ Յուրոփ» ՍՊԸ (Նիդեռլանդներ)	698,501.4 ԱՄՆ դոլար
«Իտալտրենդ» ՍՊԸ և «Բիոէտիկ» ՍՊԸ ՀՀ (Իտալիա)	671,120 Եվրո

***«Գլոբ Քորփորեյշն» ՍՊԸ (Նիդեռլանդներ):-** Ուսումնասիրության արդյունքում Գլոբ Քորփորեյշն ՍՊԸ (Նիդեռլանդներ) հայտը մերժվել է և համարվել է մանրամասն դիտարկման համար ոչ ընդունելի, քանի որ ներկայացված տեխնիկական բնութագրերում առկա էին հետևյալ էական շեղումները՝

- **Տեսա - գաստրոսկոպ մանկական և տեսակոլոնոսկոպ// Video pediatric gastroscop and video colonofiberoscope**

Պահանջվում էր՝ Կոլոնոսկոպի դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 11,8մմ (Diameter of distal end: ոչ ավել քան 11.8մմ) մինչդեռ առաջարկվող սարքում (Model Silver Scope series Karl Storz GmbH, Germany and USA) 12,9 մմ է:

- **Լապարասկոպիկ հավաքածու // Laparoscopy set**

Լապարասկոպի հավաքածուի 43 կետով պահանջվում էր էլեկտրոդ նախատեսված մակարդման և հատման համար, որի դիստալ վերջույթը ունի արտիկուլացիոն շարժման հնարավորություն մինչդեռ առաջարկվող 26775UF ծածկագրով մակարդման և հատման էլեկտրոդում այդ ֆունկցիան բացակայում է:

Լոր 4- Բժշկական կահույքի համար

«Ագաթ-777» ՍՊԸ և Մեդիմպեքս» ՍՊԸ ՀՀ (ՀՀ)	195,480,360 ՀՀ դրամ
---	---------------------

«Իտալտրենդ» ՍՊԸ և «Բիոէտիկ» ՍՊԸ ՀԶ (Իտալիա)	744,461.02 Եվրո
«Վերնիպոլլ» ՍՊԸ (Իտալիա)	749,500 Եվրո

Իրականացվել է նվազագույն և մրցութային պայմաններին բավարարող գնային առաջարկ ներկայացրած կազմակերպությունների հետ որակավորումները՝ մրցութային փաթեթում ամրագրված ցուցանիշների համաձայն: Արդյունքում որոշվել է՝

Լոտ 1- Ախտորոշիչ սարքավորումների համար

Հաղթող է ճանաչվել «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ-ին (ՀՀ) 592,718,345 ՀՀ դրամ (հինգ հարյուր իննսուն երկու միլիոն յոթ հարյուր տասնութ հազար երեք հարյուր քառասունհինգ, առանց ներմուծման հարկերի) գումարով:

Լոտ 2-Լաբորատոր սարքավորումների համար

Հաղթող է ճանաչվել «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ին (ՀՀ) 285,919,000 ՀՀ դրամի (երկու հարյուր ութսունհինգ միլիոն ինը հարյուր տասնինը հազար, առանց ներմուծման հարկերի) գումարով:

Լոտ 3-Վիրաբուժական և Հիվանդանոցային սարքավորումների համար

Հաղթող է ճանաչվել «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ (ՀՀ) և «Դիասերվ» ՍՊԸ ՀԶ-ին (ՀՀ) 260,820,000 ՀՀ դրամ (երկու հարյուր վաթսուն միլիոն ութ հարյուր քսան հազար, առանց ներմուծման հարկերի) գումարով:

Լոտ 4- Բժշկական կահույքի համար

Հաղթող է ճանաչվել «Ագաթ-777» ՍՊԸ և «Մեդիմպեքս» ՍՊԸ ՀԶ-ին (ՀՀ) 200,301,980* ՀՀ դրամ գումարով: