

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝

ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -ՄՊԱԿ-16/3

Պատվիրատուն՝ ՀԱՅԺ Պարենիի առողջության կենտրոն> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է Լոռու մարզ, գյուղ Մեծ Պարենի հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -ՄՊԱԿ-16/3 ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1.	Ուլտրաձայնային թվային ռյուրակիր SonoScape A5	հատ	1	1	2300000	2300000	Ուլտրաձայնային թվային ռյուրակիր սկաներ SonoScape A5 Ուլտրաձայնային համակարգ ճառագայթի լրիվ թվայնացումով, առնվազն 12 դյույմ հեղուկ բյուրեղային մոնիթոր, մոնիթորի թեքման անկյուն առնվազն 30 աստիճան Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթներ, այդ թվում՝ Կարդիո մանկաբարձական գինեկոլոգիական ուրոլոգիական անոթային օրթոպեդիկ Ալթրագրեր – ռեանիմացոն, անհետաձգելի, անեսպրեդիա. Օպերացիոն համակարգը – Լինուքս: Բազմալեզվանի համակարգ – Անգլերեն, Իսպաներեն, Ռուսերեն. Տվիչների միացման ներկառուցված երկուպորտ Լրացուցիչ հնարավոր է ձեռք բերել DVD-RW,USB փայիչ, VCR, բիոպսիոն ուղեցույց, սայլակ, հավելյալ փոխանցի միացման պորտերով, Dicom, TH1 հյուսվածքային հարմոնիկա փոխանցողի Սրանդարար ֆունկցիաներ Կարդերի հաճախականությունը 60կարդր/վ Մոխրագույնի սանդղակը 256 աստիճան Սկանավորման աստիճանները B ռեժիմում 256, M ռեժիմում 512 Ռեժիմները՝ B B+M, M Dual B Quad B B/M կարող է լինել աջ կամ ձախ կողմում Չափումներ՝ Չափում մեկ հպումով B-ռեժիմում՝ հեռավորություն, անկյուն, մակերես, ծավալ M-ռեժիմում՝ հեռավորություն, ժամանակ,	Ուլտրաձայնային թվային ռյուրակիր սկաներ SonoScape A5 Ուլտրաձայնային համակարգ ճառագայթի լրիվ թվայնացումով, առնվազն 12 դյույմ հեղուկ բյուրեղային մոնիթոր, մոնիթորի թեքման անկյուն առնվազն 30 աստիճան Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթներ, այդ թվում՝ Կարդիո մանկաբարձական գինեկոլոգիական ուրոլոգիական անոթային օրթոպեդիկ Ալթրագրեր – ռեանիմացոն, անհետաձգելի, անեսպրեդիա. Օպերացիոն համակարգը – Լինուքս: Բազմալեզվանի համակարգ – Անգլերեն, Իսպաներեն, Իսպաներեն, Ռուսերեն. Տվիչների միացման ներկառուցված երկուպորտ Լրացուցիչ հնարավոր է ձեռք բերել DVD-RW,USB փայիչ, VCR, բիոպսիոն ուղեցույց, սայլակ, հավելյալ փոխանցի միացման պորտերով, Dicom, TH1 հյուսվածքային հարմոնիկա փոխանցողի Սրանդարար ֆունկցիաներ Կարդերի հաճախականությունը 60կարդր/վ Մոխրագույնի սանդղակը 256 աստիճան Սկանավորման աստիճանները B ռեժիմում 256, M ռեժիմում 512 Ռեժիմները՝ B B+M, M Dual B Quad B B/M կարող է լինել աջ կամ ձախ կողմում Չափումներ՝

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						թեքություն, սրբի զարկերի հաճախականություն չափումներ – մանկաբարձական (GS, CRL, BPM, HC, AC, AFI ևայլ), գինեկոլոգիական, ուրոլոգիական, փոքրորդանների Պրդի աճի աղյուսակ Յուրահապկություններ՝ հզորությունը 0% մինչև 100% հաճախականության 5 աստիճան Gain – 0-255, ամեն քայլը 5 TGC – 8 աստիճան Ֆոկուս – 4 կետ, կետերի մեջ տարածության և ֆոկուսի կարգաբերում B ռեժիմը հնարավոր է թեքել 90 աստիճան քայլերով, 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° Պարկերը հնարավոր է գունավորել մինչև 15 գույնով Պարկերը հնարավոր է մոտեցնել 8 անգամ Մաքսիմալ սկանավորման անկյունը 145 աստիճան Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթներ, այդ թվում՝ Կարդիո մանկաբարձական գինեկոլոգիական ուրոլոգիական պրոդիստրիբյուսիոնական անգիոլոգիական հեթազոտումների համար Պարկերների պահպանում՝ Cine Loop – B,M, և B/M ռեժիմներում Cine Loom memory – 512 կադր B ռեժիմում, 512 վարկյան M ռեժիմում. Պարկերիֆորմար – BMP, JPG, AVI, DCM Հիշողություն – 10 000 JPG, 2 000 BMP 2եկույցների աղյուսակներ 2եկույցների ֆորմար – RPT, PDF 4 պարկեր զեկույցներում Լրակազմը Դյուրակիր ուլտրաձայնային հեթազոտման սարք Կոնվերսային վոլիջ 2-6ՄՀգ, 96 էեմենտ, 30,8 սմ առավելագույն խորություն, որովայնի, մանկաբարձության և ինեկոլոգիական հեթազոտությունների համար Գծային վոլիջ 5-11ՄՀգ, 96 էեմենտ, 12,0 սմ առավելագույն խորություն, պերիֆերիկ անոթների, մակերեսային կառուցվածքների, մանր օրզանների հեթազոտությունների համար էլեկտրասնուցումը 100-240V~, 50/60Hz, ստանդարտ ցանցից Քաշը 7կգ	2ափում մեկ հալումով B-ռեժիմում՝ հեռավորություն, անկյուն, մակերես, ծավալ M-ռեժիմում՝ հեռավորություն, ժամանակ, թեքություն, սրբի զարկերի հաճախականություն չափումներ – մանկաբարձական (GS, CRL, BPM, HC, AC, AFI ևայլ), գինեկոլոգիական, ուրոլոգիական, փոքրորդանների Պրդի աճի աղյուսակ Յուրահապկություններ՝ հզորությունը 0% մինչև 100% հաճախականության 5 աստիճան Gain – 0-255, ամեն քայլը 5 TGC – 8 աստիճան Ֆոկուս – 4 կետ, կետերի մեջ տարածության և ֆոկուսի կարգաբերում B ռեժիմը հնարավոր է թեքել 90 աստիճան քայլերով, 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° Պարկերը հնարավոր է գունավորել մինչև 15 գույնով Պարկերը հնարավոր է մոտեցնել 8 անգամ Մաքսիմալ սկանավորման անկյունը 145 աստիճան Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթներ, այդ թվում՝ Կարդիո մանկաբարձական գինեկոլոգիական ուրոլոգիական պրոդիստրիբյուսիոնական անգիոլոգիական հեթազոտումների համար Պարկերների պահպանում՝ Cine Loop – B,M, և B/M ռեժիմներում Cine Loom memory – 512 կադր B ռեժիմում, 512 վարկյան M ռեժիմում. Պարկերիֆորմար – BMP, JPG, AVI, DCM Հիշողություն – 10 000 JPG, 2 000 BMP 2եկույցների աղյուսակներ 2եկույցների ֆորմար – RPT, PDF 4 պարկեր զեկույցներում Լրակազմը Դյուրակիր ուլտրաձայնային հեթազոտման սարք Կոնվերսային վոլիջ 2-6ՄՀգ, 96 էեմենտ, 30,8 սմ առավելագույն խորություն, որովայնի, մանկաբարձության և ինեկոլոգիական հեթազոտությունների համար Գծային վոլիջ 5-11ՄՀգ, 96 էեմենտ, 12,0 սմ առավելագույն խորություն, պերիֆերիկ անոթների, մակերեսային կառուցվածքների, մանր օրզանների հեթազոտությունների համար էլեկտրասնուցումը 100-240V~, 50/60Hz, ստանդարտ ցանցից Քաշը 7կգ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և ներառված է շրջանակային համաձայնագրով իրականացվող գնումների ցանկում: Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ հ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» մաս				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին		Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
...							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				29.02.2016թ			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵							

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման			
Հ/Հ		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները								
		ՀՀ դրամ ⁶								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1										
	« Մեդտեղսերվիս » ՍՊԸ	1890650	1890650			1890650	1890650			
	« Դիավանտ » ՍՊԸ	2300000	2300000			2300000	2300000			
		Ծանոթություն՝ : 12.03.2013թվին <Մեդտեղսերվիս > ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած Mindray DP-10(Mindray Medical International Limited) երկու տվիչներով Դիուրակիր /սոնոգրաֆ/ ուլտրաձայնային հետազոտման սարքի տեխնիկական բնութագրի մեջ մի շարք տեխնիկական ցուցանիշներ չեն համապատասխանում հայտով ամրագրված տեխնիկական բնութագի կետերին, վերը նշված պահանջների անհամապատասխանությունը թույլ չի տա բուժող բժշկի կողմից հետազոտվող հղիների, հիվանդների համար ավելի ճշգրիտ արդյունքների ակնկալում								
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը անբավարար	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				15.03.2016						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				16.03.2016			21.03.2016			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				17.03.2016						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				21.03.2016						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				21.03.2016						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰							
1	« Դիավանտ » ՍՊԸ	ՇՀԱՊՁԲ-15/16-ՄՊԱԿ-16/3	21,03.2016թ.	31.12.2016թ		2300000	2300000			
	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	« Դիավանտ » ՍՊԸ	Ք.Երևան, Սոսե փողոց 28/12, բն20 հեռ.(+374)77400618		lawer@diavant.am		001-271543-001		00255375		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Գնման ընթացակարգի հրավերը 29.02.2016թ էլեկտրոնային եղանակով, միաժամանակյա ծանուցմամբ ուղարկվել է <<ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16>> շրջանակային համաձայնագրեր կնքած բոլոր հնարավոր մասնակիցներին և հրապարակվել է www.gnumner.am . Կայքում:	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Ա, Լամբարյան	(255)61726	mecparniak@rambler.ru

Պատվիրատու՝ <ՄԵԾ ՊԱՐՆԻԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ> ՊՈԱԿ