

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

**ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ
ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

(Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 04-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն)

**ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ
ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ՇՀԱՊՁԲ-15/16-31-2016 (ԵՊԲՀ)»**

Պատվիրատուն՝ «**Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան**» **հիմնադրամը**, որը գտնվում է **ք. Երևան, Կորյունի 2** հասցեում, ստորև ներկայացնում է «**ՇՀԱՊՁԲ-15/16-31-2016 (ԵՊԲՀ)**» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները:

Հարցադրում 1: Բնութագրերում նշված է «Օբյեկտիվներ՝ գունային գծանշմամբ ըստ CARL ZEISS-ի», ինչ ի նկատի ունի Պատվիրատուն բնութագրելով տվյալ պահանջը, ինչպես նաև խնդրում ենք պարզաբանել տվյալ պահանջի կարևորությունը լաբորատոր մանրադիտակների համար:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ 1: 02.11.2016թ.:

Պարզաբանում 1: Մանրադիտակները նախատեսված են լաբորատոր և ուսումնական նպատակների համար, ուստի անհրաժեշտ է որ ուսանողները սովորեն օբյեկտիվների բնութագրերը, որոնք նշված են լինում օբյեկտիվների վրա, այդ թվում՝ գունանշմամբ, իսկ «գունանշումն ըստ CARL ZEISS-ի» տարբերակը ամենատարածվածն է:

Հարցադրում 2: 1-ին չափաբաժնում նշված «Ֆոկուսավորում՝ կոակսիալ կոշտ կարգավորում 24 մմ միջակայքում և ճշգրիտ կարգավորում 2 միկրոն ճշտությամբ»: BOECO GmbH Germany պաշտոնական կայքում /<<www.boeco.com>>/ BM-117 BOECO GmbH Germany մոդելի ճշգրիտ կարգավորումը հավասար է 4 միկրոնի, ինչը չի համապատասխանում պահանջվող 2 միկրոնին և դիտարկվում է որպես տեխնիկական բնութագրի անհամապատասխանություն: Ընդունելի կլինի արդյոք համարժեք մանրադիտակի ձեռքբերումը ճշգրիտ կարգավորման 4 միկրոնի ճշտությամբ:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ 2: 02.11.2016թ.:

Պարզաբանում 2: Հրավերի պայմանագրի նախագծով (Հավելված N 6) սահմանված է, որ «Գնման առարկայի հատկանիշների բնութագրում հղում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ

աղբյուրին կամ արտադրողին, պարունակելու դեպքում կիրառելի է <<կամ համարժեք>> բառերը՝ համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջների>>:

Հարցադրում 3:

Խնդրում ենք նաև պարզաբանել, ինչ է նշանակում 1-ին չափաբաժնում նշված <<Լուսավորում՝ S LED>> արտահայտությունը, քանի որ աշխարհում հայտնի է <<LED>> հապավումը:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ 3: 02.11.2016թ.:

Պարզաբանում 3:

<<S LED>>-ը դա <<LED>> լամպերի ժամանակակից տարբերակն է, որն առանձնանում է առավել երկարակեցությամբ և էներգախնայողությամբ:

Սույն հատարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ **Պ. Գաբրելյանին**:

Հեռախոս՝ **060-621-249**:

Էլ. փոստ՝ **marketing.ysmu10@gmail.com**:

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ

<<_04_>>_նոյեմբերի_ _2016թ._