

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2016 թվականի դեկտեմբերի 09-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՔԵՆԴԼ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/1

Պատվիրատուն՝ «ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հր. Աճառյան 31 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՔԵՆԴԼ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/1 ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները:

Հարցադրում 1: Չափաբաժին 13- Թերմոշեյկեր Biosan TS100C (կամ համարժեք) փաթեթում ոչինչ չկա նշված տվյալ սարքի աշխատանքի համար պահանջվող բլոկի վերաբերյալ (սարքը ստանդարտ հավաքով գալիս է առանց բլոկի)- որ տեսակի **բլոկն** է անհրաժեշտ -?

Հարցադրում 2:

Չափաբաժին 12- հարց 1. Լաբորատոր ցենտրիֆուգա BioSan LMC-3000 (կամ համարժեք). նշված մոդելի համար կա ռոտոր նախատեսված 6x50մլ փորձանոթների համար կամ 12x(10-15)մլ փորձանոթների համար- որ տեսակի **ռոտորն** է անհրաժեշտ -?

Հարցադրում 3:

Չափաբաժին 12- հարց 2. Վակուտայների չափը նշված է 2-5 մլ, 5-8մլ և 8-9 մլ սակայն տվյալ սարքի վակուտայների չափսերն են՝ 2-5 մլ, 4-8մլ և 8-9 մլ – խնդրում ենք պարզաբանել:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ:

09.12.2016թ.

Պարզաբանում:

Չափաբաժին 13 - Տվյալ սարքի աշխատանքի համար պահանջվում է SC-24C տիպի **բլոկ**, որը նախատեսված է 2 մլ ծավալով 24 բաժակների համար:

Չափաբաժին 12 – պատասխան 1. Պահանջվում է **ռոտոր** 6x50մլ փորձանոթների համար:

Չափաբաժին 12 – պատասխան 2. Տեղի է ունեցել վրիպակ՝ պետք է լինի 4-8մլ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա.Բաղդամյանին:

Հեռախոս՝ (+374)10-62 98 06; (+374)91-77 88 98

Էլ. փոստ՝ <<procurement@asls.candle.am>>

Պատվիրատու՝ «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ հիմնադրամ