

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն)

**ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝
«ՇՀԱՊՁԲ-15/16-1-2017 (ԵՊԲՀ)»**

Պատվիրատուն՝ «**Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան**»
հիմնադրամը, որը գտնվում է **ք. Երևան, Կորյունի 2** հասցեում, ստորև ներկայացնում է «**ՇՀԱՊՁԲ-15/16-1-2017 (ԵՊԲՀ)**» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները:

Հարցադրում: ՇՀԱՊՁԲ-15/16-1-2017 (ԵՊԲՀ)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի 16-րդ չափաբաժնի՝ «**Լամինար պահարան, 2-րդ դասի, ուղղահայաց հոսք, աշխատանքային մակերես լայնությունը 150սմ**»-ի տեխնիկական բնութագրի վերջին մասում գրված է՝ «**Safe/Maxisafe, Thermo**» արտահայտությունը:

Իսնդրում եմ պարզաբանել «**Safe/Maxisafe, Thermo**» արտահայտությունը նշելով ինչ նկատի ունեք:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ: 18.04.2017թ.

Պարզաբանում: ՇՀԱՊՁԲ-15/16-1-2017 (ԵՊԲՀ)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի 16-րդ Չափաբաժնի՝ «**Լամինար պահարան, 2-րդ դասի, ուղղահայաց հոսք, աշխատանքային մակերես լայնությունը 150սմ**»-ի տեխնիկական բնութագրի վերջին մասում գրված «**Safe/Maxisafe, Thermo**» արտահայտությունը վերաբերում է լրացուցիչ ովտրամանուշակագույն լամպին, որը նախատեսված է «**Safe կամ Maxisafe, Thermo**» մոդելի լամինար պահարանում ներկառուցելու համար և հանդիսանում է լամինար պահարանի բաղկացուցիչ մասը:

Սույն հատարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ **Գ. Աղամյանին**:

Հեռախոս՝ **060-621-249**:

Էլ. փոստ՝ **marketing.ysmu6@gmail.com**:

Պատվիրատու՝ «**Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան**» հիմնադրամ

«**20**» ապրիլի 2017թ.